



## Justering & Kalibrering Priser ex moms 2025-01-13

Priser för justering och spårbar kalibrering och för spårbar kalibrering utan justering:

<b>LUFT-HASTIGHET</b>	SWA 32/31: 0,10/0,25/0,60/1,00/2,00/3,00/5,00/7,00/10,0 m/s SwemaAir 5, 40, 50: 0,1 0,25, 0,6, 1, 2, 3, 5, 7,10,12 m/s SwemaAir 30, ATD 81: 6 punkter 1,00/2,00/3,00/5,0/7,0/10,0 m/s Swema, SWA 01/03: 0.07/0.10/0.15/0.25/0.40/0.60/0.80/1.00/2.0/3.0 m/s	1250:-
<b>DRAG</b>	+ 1 Temperatur (rums), Annat fabrikat	
<b>LUFTHASTIG.</b>	Extra punkter 20, 30 m/s	500:-
<b>LUFTFLÖDE</b>	SwemaFlow 233/234/235/236: (1)/3/10/20/30/50/65 l/s SwemaFlow 230: 6 punkter 8,3/15/20/30/40/60 l/s SwemaFlow 65: 8 punkter 3/5/7/10/20/30/50/65 l/s SwemaFlow 125/126: 6 pkt 5/10/20/50/100/125 l/s, lufttryck / temp. SwemaFlow(2000)4000/4001:(13)16pts 5...(900)1300 l/s, Temperatur (rums) Annat Fabrikat: 7 punkter frånluft 0...300 l/s, 9 punkter tilluft 20...900 l/s	1060:- 1.450:- 1.800:-
<b>DIFFTRYCK</b>	Swema 3000md, 1pkt termoelement, 1 pkt lufttryck Swema och annat märke 8 punkter +/-13.000 Pa	1150:- 1060:-
<b>FUKT &amp; temperatur 7689301</b>	Standard: 2 fukt, 1 temp: 35, 80% Relativ Fukt (RF) och 23°C Ytterligare punkt relativ fukt vid 0...60 C : 5...95 % RF extra temperatur 0...60°C	1.200:- 485:- 230:-
<b>TEMPERATUR</b>	1 punkt på -24...200 C med mätosäkerhet +/-0,3°C Därpå ytterligare punkter SWT 316 med kabel och instrument 25 och 175°C	485:- 230:- 1.350:-
Extra noggrann	Som ovan men med Mätosäkerhet +/-0,1°C, extra per punkt	200:-
<b>IR</b>	22, 100, 200 C (3 punkter)	830:-
<b>Koldioxid</b>	0 (ej spårbart) och 1600 ppm	900:-
<b>Ljud</b>	2 punkter vid 1kHz	2.050:-
<b>Swema 3000</b>	Bara instrumentet (rekommenderas var 5:e år)	1060:-
<b>Swema 3000d</b>	Bara instrumentet Lufttryck 1pkt , Termoelement 1 pkt (rek. var annat år)	1060:-
<b>SwemaAir300</b>	Bara instrumentet (rekommenderas var 5:e år )	1060:-
<b>Täthetsprovare</b>	Swemas eller annat fabrikat (två riktningar eller två områden)	2.200:-
<b>Mätrör</b>	Per håll (mätrör eller mätfläs)	1.100:-
<b>2 Certifikat</b>	Kalibrering med certifikat vid ankomst, justering, Kalibrering med certifikat efter att justeringen är gjord	1,5 ggr listpris
<b>Timpris</b>	Timpris	1000:-
<b>771061 / 771101</b>	Uppgradering SWA 31/31E till SWA 32/SWA32E med Swema 3000	500:-
<b>769710 / 769720</b>	Sätta i kardborrband SwemaFlow 126/4001 650x650 stos	900:-
<b>769880</b>	Ombyggnad SwemaFlow 125/125D till 126	8.000:-
<b>770020</b>	Ombyggnad SwemaFlow 125/125D till 126 Twin	11.000:-
<b>769990</b>	Ombyggnad SwemaFlow 126 till 126 Twin	5.500:-
<b>767160</b>	Ombyggnad SwemaFlow 2000 to SwemaFlow 4001	8.500:-
<b>767170</b>	Passning på SwemaFlow 125D/4000, sladd till Swema 3000	2.400:-
	Ombyggnad Swema 3000 till Swema 3000md	9.250:-
	Ombyggnad Swema 3000d till Swema 3000md	6.990:-

När ni lämnar in instrumenten till Swema är det bra om ni beställer enligt specifikationerna nedan:

- 1. Kalibrering** (Utan justering). Certifikat på vad instrumentet visar?
- 2. Justering och kalibrering** Vid behov justering för bästa visning. Därefter kalibrering, certifikat.
- 3. Reparation** - Beskriv felet så noggrant som möjligt.

Swema kan komma att göra ändringar. [www.swema.se](http://www.swema.se) \* Justering – Ändra instrumentet till visning så korrekt som möjligt.

Swema, Service, Pepparv. 27, 123 56 Farsta, Kalibrering – Jämförelse mot känd storhet. Avvikelse presenteras på certifikat.  
CW, PH, AL Tel 08-94 00 99